

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 140
付帯的な機能リスト(電気骨折治療器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	出力チャンネル数	多チャンネル出力	(01B) 第 0371 号
2	通電エラー検知機能	導子が不完全な場合にエラー表示	(01B) 第 0371 号