

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 143
付帯的な機能リスト(低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	吸引導子	ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子	21400BZZ00420000 21500BZZ00625000
2	加圧導子	ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子	21400BZZ00306000
3	モード切替	計測のモード切替	21400BZZ00214000
4	出力チャンネル数	出力回路数	21400BZZ00214000
5	信号入出力部	コンピュータ等に接続し、情報の入出力を行う。	21500BZZ00323000 21600BZZ00612000