

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 327  
付帯的な機能リスト(網膜電位計用角膜電極)

No.	機能名称	機能の定義	備考(承認又は許可番号)
1	開瞼維持機能	眼瞼が垂れて光刺激光路へ入らないようにし、光がさえぎられるのを防止する機能である。	21100BZY00583000