

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 331  
付帯的な機能リスト(家庭用超音波気泡浴装置等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	プログラム機能	気泡噴流量及び気泡温水流量の強弱、または間欠運転を周期的に繰り返し運転したり、運転停止するまでの時間を自由に設定ができる。	21500BZZ00413000 16300BZZ01345000 21300BZY00476000
2	気泡量調節機能	気泡量の調節ができる。	21200BZY00370000 21300BZY00476000 21500BZZ00413000 16300BZZ01345000 15400BZZ01360000 15600BZZ00412000