厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の374
付帯的な機能リスト（脳波計）

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	波形計測	測定した波形の各種パラメータを自動／手動で計測する機能であり、例えば振幅、周波数、時間幅、位相がある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
2	波形二次処理	測定した波形の二次処理を行う機能であり、例えば加算、減算、反転、整流、拡大、ハイカットフィルタ、ローカットフィルタ、ACフィルタがある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
3	分析機能	取り込まれた波形の分析を行う機能であり、例えば電位マップ、波形のパターン検出、平均加算処理、スパイク波や発作波の検出がある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
4	表示機能	表示装置に波形、計測結果を表示する機能であり、例えば外部機器から入力された被験者のビデオ映像、呼吸データ、酸素飽和度データがある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
5	登録/保存機能	各種データ登録、診断コメントの登録、計測結果の保存や呼び出しを行う機能である。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
6	印字、記録機能	各種データならびに計測結果の印字、記録を行う機能である。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
7	データ管理機能	各種測定ファイルや報告書、患者情報の管理を行う機能である。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
8	報告書作成機能	各種データの報告書作成機能がある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000
9	ネットワーク・外部インターフェース機能	外部機器とのデータ入出力、ネットワーク接続機能がある。	21000BZZ00604000 21300BZZ00024000